

Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław



Tel. 71 7985 621 | Fax 71 7985 622

Wrocław, dnia 09.06.2020

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe nr ZO/20200603

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 03.06.2020 r. pod nr 32052

Upzejmie informuję, iż w dniu 08.06.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy.

Pytanie: Jakie są wymagane parametry badania wytrzymałości policyklopentadienu na rozciąganie (zgodnie z normą ASTM D638)? Przy jakiej prędkości ma być przeprowadzone badanie oraz jakie wielkości końcowe mają być oznaczone?

Odpowiedź: Preferowana prędkość badania to 20 mm/min. Oczekiwane wartości końcowe to wielkości rzędu do 70 MPa.

Z poważaniem
Małgorzata Dubikowska